淮南永泰安全生产技术服务有限公司
职业卫生技术服务机构评估自查报告

淮南永泰安全生产技术服务有限公司

2024 年 6 月 18 日

自查报告

淮南市卫生健康委员会：

2024 年 6 月 18 日，淮南永泰安全生产技术服务有限公司按照《关于印发安徽省职业健康技术服务提升质量年行动方案的通知》（皖卫传〔2024〕183 号）要求，全面开展自查自纠，对存在的问题和不足进行了积极的整改，现将整改情况报告如下：

自查共发现问题 5 条，其中 5 条已整改完成，具体见整改情况表及附件材料。

附：整改情况表

淮南永泰安全生产技术服务有限公司

2024 年 6 月 18 日

整改情况表

序号	存在问题	整改措施	整改时限
1	SEM600电磁辐射分析仪缺少作业指导书	补充SEM600电磁辐射分析仪作业指导书	已完成
2	质控样正己烷 AK-QC104-2 缺少入库记录	补充质控样正己烷 AK-QC104-2 入库记录	已完成
3	质量管理体系文件缺少发放记录	补充质量管理体系文件发放记录	已完成
4	经查阅，安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测报告（24JC092150961005）游离二氧化硅采样原始记录缺少企业陪同人签字	补充安徽省圆丰建材有限公司职业病危害因素定期检测报告（24JC092150961005）游离二氧化硅采样原始记录企业陪同人签字	已完成
5	安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目职业病危害预评价报告（24YP092150961001）未及时在进行网上信息公开	安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目职业病危害预评价报告（24YP092150961001）及时在网上进行信息公开	已完成

整改问题一

55　　SEM-600 电磁辐射分析仪操作说明

1　目的

规范工作场所中电磁辐射的测量程序，从而保证检测结果准确可靠，以正确评价企业职业病危害因素的危害程度。

2　适用范围

适用本单位测量人员测量企业作业场所电磁辐射强度。

3　职责

3.1 测量人员按照本细则进行测量，做好采样记录。

3.2 质量监督员负责监督采样人员测量流程与细则的符合性。

3.3 科室负责人负责采样工作的全面管理。

4　仪器

SEM-600电磁辐射分析仪

5 测量方法

5.1开机和自检过程

长按开关机键 三秒钟，仪器开机（关机：按开关键，弹出对话框，按OK键完成关机，或者长按开关键，完成关机），仪器将进入自检过程，此过程中，屏幕将显示森馥科技公司的LOGO标识，等待进入测量状态，仪器自动识别探头的类型，进入对应探头测量界面。

5.2与连接相关的探头分类主要有两种情况，一种是低频电磁场探头，为立方体形状，与主机之间使用配套的5米光纤进行连接；一种是射频探头，为长杆形状，将其射频插头对准主机顶端射频插座的对点后直接插入主机顶端的插座，旋转探头接头端灰色金属螺丝帽即可固定（请勿旋转探头或探头杆）。

5.3射频探头操作

将射频探头接口处的凸起位置对准主机接口的凹槽处，沿凹槽插入，

顺时针旋转探头端的棘轮，直至插头插座锁紧，主机有探头识别后即可使用（请勿旋转探头或探头杆）。

5.3.1 按下对应操作按键【单位】，每按下一次【F2】键就改变一次单位，循环切换：电场强度 V/m，磁场强度 A/m 等。

5.4低频电磁场探头的操作

将光纤插头一端连接主机，插头的平面端与主机正面（屏幕面）一致，另一端连接低频探头LF-01D（LF-04D）光纤接口，平面朝向电源标识方向。

5.4.1开机：长按电源键，至屏幕亮起，松开电源键，等待产品自检完成进入测试界面后，按下低频电磁场探头开关（红色按钮），等待主机出现探头型号识别，显示测试数据完成开机，如连接LF-01D（LF-04D）探头屏幕探头信息显示LF-01D（LF-04D）。

5.4.2关机：按下低频电磁场探头开关（红色按钮），按电源键，弹出是否关机对话框，按OK键完成关机，或长按电源键直至关机。

6 注意事项

6.1仪器因长久使用污损，切忌使用酒精等有机溶剂或强酸强碱等有腐蚀性液体清洗；

6.2非专业人员或非本厂指定维修单位，切忌擅自打开仪器修理，清洗等；

6.3 测量前先对仪器进行校准。

7 支持性文件

GBZ/T189.3-2007 工作场所物理因素测量 第3部分：工频电场

整改问题二



HNYT-ZJ73-A

2024年 标准物质入库记录

日期	名称	编号	唯一标识	厂家	定值日期	有效期	单位	数量	购买人	标准值
2024.1.26	二硫化碳中正己烷	BW0740	87N3743	北京[illegible]滴蒙标准物质	2023.08	2025.08	支	1	河南	1174μg/mL
2024.1.26	二硫化碳中正己烷	GBWE081922	7781	北京[illegible]滴蒙标准物质	2023.08	2025.08	支	2	河南	1000μg/mL
2024.1.26	正己烷质控	AK-QC104-1	20230701	中国安全生产科学研究院	2023.7.13	2025.7.12	套	1	河南	138.1μg/mL
2024.1.26	正己烷质控	AK-QC104-2	2023071	中国安全生产科学研究院	2023.7.13	2025.7.12				330.9μg/g
2024.1.31	水中丙烯酰胺	GBWE083190	A23080137	坛墨质检科技职业技术[illegible]	2023.8.13	2025.8.14	支	1	河南	1000μg/mL
2024.1.31	甲醇甲乙二醇	BW900738-1000-A	A23100252	坛墨质检科技职业技术[illegible]	2023.10.23	2025.10.22	支	1	河南	1000μg/mL
2024.1.31	二硫化碳中环己烷	941632	A23092103	坛墨质检	2023.9.12	2025.9.11	支	1	河南	1000μg/mL
2024.1.31	水中N.N二甲基甲酰胺	BW900987-100-L	A23080097	坛墨质检	2023.9.4	2026.9.3	支	2	河南	1000μg/mL
2024.1.31	苯中二硫化碳	BW900709-1000-0	A2306	坛墨质检	2023.6.16	2025.6.16	支	1	河南	1000μg/mL
2024.1.31	水中NN二甲基乙酰胺	BW900680-100-L A23100196	A23100196	坛墨质检	2023.6.18	2026.6.18	支	2	河南	1000μg/mL
2024.1.31	丙酮/二硫化碳中乙腈和丙烯腈	BW900720-20-DE	A23110318	坛墨质检	2023.11.03	2025.11.02	支	1	河南	1000μg/mL

95

整改问题三

质控文件发放记录（2023 版）

序号	日期	领用部门	领用人	数量
1	2023.12.1	综合办	王保山	1套
2	2023.12.1	评价部	潘刚	1套
3	2023.12.1	检测部	张心	1套
4	2023.12.1	质量部	叶帅	1套
5	2024.3.2	质量部	叶帅	质量记录表格1本
6	2024.3.2	检测部	王刚	作业指导书1本

整改问题四

HNYT-ZJ94-1

有机化学品原料/粉尘取样记录表

检测任务编号：24JC092150961005

用人单位	安徽省固丰建材有限公司								
取样日期	2024.03.15			检测项目		□挥发性有机组分定性分析 ☑游离二氧化硅含量测定			
样品编号	化学品原料/粉尘名称	样品批号	生产厂家	样品性状	样品颜色	取样工作场所	取样岗位	代表的使用或生产岗位	取样量（mL或g）
Y20240315001	混凝土	/	/	固态	灰	原料库	上料岗	铲车工	5g
Y20240315002	混凝土	/	/	固态	灰	搅拌楼	搅拌机出料口	搅拌站工	5g
Y20240315003	混凝土	/	/	固态	灰	生产车间	水泥卸料口	水泥卸料口检修工	5g

采样人：张玉琴　　用人单位陪同人：

整改问题五

安徽鲁控环保有限公司

发布日期：2024-05-28

安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目

职业病危害预评价报告网上公开信息

报告完成时间： 2024年4月3日

用人单位名称	安徽鲁控环保有限公司
用人单位注册地址	安徽省阜阳市太和县首太新能源产业园
联系人	张露露
报告名称及编号	安徽鲁控环保有限公司废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目职业病危害预评价报告24YP092150961001